

DUVAR TİPİ TANSİYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.** Cihaz duvara monte edilebilen aneroid tipte olmalıdır.
- 2.** Cihazda 6 '' inç genişliğinde lüminesans kadran bulunmalıdır.
- 3.** Cihazda uzaktan kolayca okunabilen 0-300 mmHg aralığında skala olmalıdır.
- 4.** Cihaz duvara monte aparatına üsten kızaklı ve üsten geçme tip montaj sağlanmalıdır.
- 5.** Cihaz içeriğinde kesinlikle civa içermemelidir.
- 6.** Cihazda en az 3 metre uzayan spiral hortum bulunmalıdır.
- 7.** Cihazda hava boşaltma musluğu bulunmalıdır.
- 8.** Cihazda latex içermeyen şişirme sistemi bulunmalıdır.
- 9.** Cihaza opsiyonel olarak aksesuar sepeti eklenebilmelidir.
- 10.** Opsiyonel olarak gerekli apartlar ile raya monte edilebilmelidir.
- 11.** Cihazda mutlaka kalite gereği ISO13485:2016 belgesi sahip olmalıdır.
- 12.** Alet, üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
- 13.** Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve bu belgede teklif ettiği ürünün ismi ve markası yazmalıdır.
- 14.** Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.