

HASTA ISITMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz hafifi ve kompakt olmalı, taşınması ve kullanımı kolay olmalıdır.
2. Cihaz üfleme yolu ile hasta ısıtma yapmalıdır.
3. Cihaz en az 4" Dokunmatik LCD ekrana sahip olmalıdır.
4. Cihaz erişimi kolay olması için yan tarafında bir adet açma/kapama tuşuna sahip olmalıdır.
5. Cihazın filtre ve hava çıkışı askı aparatı veya trolley üzerinde dahi engellenmeyecek şekilde cihazın alt tarafına yerleştirilmiş olmalıdır.
6. Cihaz harici adaptöre ihtiyaç duymadan tek bir güç kablosu ile ana şebekeye bağlanmalıdır.
7. Cihaz 170 cm (± 10 cm) teleskobik hava kanalına sahip olmalıdır. Hava kanalının uç kısmında blankete ve/veya hasta yatağına güvenle sabitlenmesini sağlayan metal bir kıskaç bulunmalıdır. Böylece blanket-cihaz bağlantısı güvene alınabilmelidir.
8. Cihazın sıcaklık ayarı 32°C ile 43°C arasında 0.1°C 'lik kademeler ile yapılmalıdır.
9. Cihazın sıcaklık ayarı hata oranı en fazla $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
10. Cihazın 6 farklı üfleme seviyesi olmalıdır. Bu seviyeler sırası ile $40\text{m}^3/\text{sa}$, $50\text{m}^3/\text{sa}$, $60\text{m}^3/\text{sa}$, $70\text{m}^3/\text{sa}$, $80\text{m}^3/\text{sa}$ ve $90\text{m}^3/\text{sa}$ olmalıdır. Cihazın üfleme ayarı hassasiyeti en fazla $\pm 10\text{m}^3/\text{sa}$ olmalıdır. Seçili olan üfleme seviyesi cihazın ekranında kademe olarak gösterilmelidir.
11. Cihaz sesli ve görsel alarlara sahip olmalıdır. Cihaz; aşırı ısınma, sıcaklık kontrol, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, ısıtıcı hatası, fan arızası ve sıcaklık sensörü arızası durumunda hata vermelidir.
12. Cihazın ön kısmında sırasıyla cihazın çalıştığını gösteren, arıza durumunu bildiren ve aşırı ısınma durumunda uyarı veren 3 adet LED gösterge bulunmalıdır.
13. Cihaz hava akış hızı veya sıcaklığı ayarladıktan sonra cihaz otomatik olarak çalışmaya başlamalıdır.
14. Cihazın ana ekranı üzerinden en az 3 farklı sıcaklık değeri tek tuş ile ayarlanabilir olmalıdır.
15. Cihazın ekranı üzerinden çalışma süresi, akış hızı, ayarlanmış sıcaklık ve mevcut sıcaklık değerleri görülebilmelidir.
16. Cihaz IPX1 seviyesinde sıvı ve toz korumasına sahip olmalıdır.
17. Cihaz kontrollü hava difüzyonu mantığı ile çalışmalıdır.
18. Cihaz ve battaniye uyumlu olmalıdır. Cihaz üfleme nedeniyle blanketin hastanın üzerinde hareket etmesine ve kaymasına izin vermemelidir.
19. Cihaz en az $0.2\text{ }\mu\text{m}$ değerinde HEPA filtreye sahip olmalıdır böylece olası havadan kontaminasyonların önüne geçilmelidir.
20. Cihaz battaniye bağlantısı hariç $250\text{mm} \times 320\text{mm} \times 375\text{mm}$ ($\pm 10\text{ mm}$) boyutlarında olmalıdır.
21. Cihaz en fazla $7.0\text{ kg} \pm 0.5\text{ kg}$ ağırlığında olmalıdır.
22. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
23. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.