

DUVAR TİPİ TANSİYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.** Cihaz duvara monte edilebilen aneroid tipte olmalıdır.
- 2.** Cihazda 145 mm genişliğinde lüminesans kadran bulunmalıdır.
- 3.** Cihazda uzaktan kolayca okunabilen 0-300 mmHg aralığında skala olmalıdır.
- 4.** Cihaz duvara monte aparatına üstten kızaklı ve üstten geçme tip montaj sağlanmalıdır.
- 5.** Cihaz içeriğinde kesinlikle civa içermemelidir.
- 6.** Cihazda en az 3 metre uzayan spiral hortum bulunmalıdır.
- 7.** Cihazda hava boşaltma musluğu bulunmalıdır.
- 8.** Cihazda latex içermeyen şişirme sistemi bulunmalıdır.
- 9.** Cihaza opsiyonel olarak aksesuar sepeti eklenebilmelidir.
- 10.** Opsiyonel olarak gerekli apartlar ile raya monte edilebilmelidir.
- 11.** Cihaz CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.
- 12.** Alet, üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
- 13.** İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
- 14.** Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.