

MOBİL AMELİYAT LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamba 110/ 220 Volt ve 50/60 Hz. şehir şebekesinde çalışacaktır.
2. Cihaz mobil olacaktır.
3. Sistem tek kollu olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Başlıklar ve kollar hareket ettirilerek istenen pozisyona getirilebilecek ve bir dış kuvvet bulunmadığı sürece sabit kalacaktır.
5. Lamba başlıklarında doğal rengi yansıtan gölge oluşumunu aza indiren, soğurulmuş ve homojen ışık verilmesini sağlayan son teknoloji LED sistemi olmalıdır.
6. Lamba başlığında kullanılan LED'lerin ömrü en az 50.000 saat olmalıdır.
7. Başlık için ışık gücü en az 100.000 lüks olmalı ve 5 kademe olarak ayarlanabilmelidir.
8. Lamba üzerinde açma-kapama, ışık şiddeti ayarı ve ışık renk ayarı için kontrol paneli olmalıdır.
9. Başlık renk ısısı 3 kademe olarak ayarlanabilmeli, 3.800K - 4.300K - 4.800K aralığında olmalıdır.
10. Başlıkların renk dağılım endeksi CRI en az 90 olmalıdır.
11. Lamba 18 cm - 30 cm ayarlanabilir odak ayarına sahip olmalıdır.
12. Ameliyat lambası, sağlığa uygunluk şartlarına uygun, kolayca temizlenebilen ve komple kapalı tipte olmalıdır.
13. Lamba en az 4 tekerlekli mobil taşıyıcısı olmalıdır.
14. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
15. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
16. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.